

Kalisz, 27 listopada 2006r.

WSSM.
3410-3/2006

Informacja dla Wykonawców

dot. Przetargu nieograniczonego na „**Dostawę wyposażenia i sprzętu medycznego dla potrzeb nowopowstającego Hospicjum Stacjonarnego w Rożdżalach**”

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawców, na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi i modyfikuje treść niektórych zapisów SWIZ w sposób następujący:

Zadanie nr 2

pytanie nr 1:

„ dot. Zadania nr 2 Statyw do kroplówek jezdny – czy Zamawiający dopuści kosz plastikowy”

pytanie nr 2

„Czy w określeniu przedmiotu zamówienia nie nastąpiła pomyłka (poz. 2 statyw i kosz chromowany) i Zamawiający nie wymaga statywu o parametrach :

- statyw do kroplówek jezdny z podstawą i tubusem lakierowanym proszkowo. Statyw wykonany ze stali kwasoodpornej. Wyposażeniem dodatkowym statywu ma być pojemnik – kosz mocowany suwliwie do prowadnicy rury; kosz wykonany z tworzywa.”

Odpowiedź: _

Zamawiający dopuszcza jako wyposażenie dodatkowe statywu: kosz zarówno chromowany jak i wykonany z tworzywa / plastiku.

Biorąc powyższe pod uwagę zapis pkt.4.5 - opisu przedmiotu na zadanie nr 2 w SIWZ powinien brzmieć:

Zadanie Nr 2

Lp.	Nazwa sprzętu	Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):	Ilość	Opis wymaganych właściwości
	Pompa infuzyjna strzykawkowa podwójna	CPV 33194110-0 Pompy infuzyjne	2	<ul style="list-style-type: none">• możliwość niezależnego programowania obydwu strzykawk,• praca ze strzykawkami 10-60 ml,• programowanie dawki z możliwością ustawiania: prędkości i objętości, prędkości i czasu lub objętości i czasu.• pełna informacja o przebiegu infuzji• rozbudowany system kontroli przebiegu infuzji: nadzorowanie

				<p>przebiegu pracy pompy, uruchamianie alarmu, wstrzymanie pracy, wyświetlanie przyczyny alarmu</p> <ul style="list-style-type: none"> • przyczyny alarmów: brak strzykawki, niewłaściwa strzykawka, pusta strzykawka, koniec infuzji, okluzja, brak zasilania, rozładowany akumulator • zasilanie bateryjno – sieciowe
2.	Statyw do kroplówek jezdny	CPV 33194000-6 Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji	2	<ul style="list-style-type: none"> • podstawa i tubus lakierowane proskowo • statyw i kosz na kroplówki chromowany, dopuszcza się kosz na kroplówki wykonany z tworzywa / plastiku.

Zadanie Nr 3

pytanie nr 1:

„ Czy Zamawiający dopuszcza myjkę dezynfektor wyłącznie z dezynfekcją termiczną, która jest zgodna z normą EU EN 15883-3 zapewnia wysoką skuteczność dezynfekcji bez używania środków chemicznych co powoduje zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz nie powoduje zanieczyszczeń środowiska”

Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia na zadanie nr 3 zawarty w SIWZ jest wyczerpujący i pełny. Z uwagi na charakter placówki , w której przedmiot zamówienia będzie używany przewiduje się używanie chemicznych środków do dezynfekcji i niezbędna jest w związku z tym funkcja dezynfekcji termicznej i termo – chemicznej.